


## CERTIFICATE OF COMPLIANCE

We hereby certify that the device

**PoolLab 1.0**

With it's serial number as stated below,  
has passed intensive visual and technical  
checks as part of our QM documentation.

Water-i.d. GmbH (Germany)



Andreas Hock, Managing Director

Water-i.d. GmbH • Daimlerstr. 20 • D-76344 Eggenstein • Germany

Water-i.d. is certified according to ISO 9001:2016

**S/N**  
**Manufacturing date**

- GB** User Manual
- F** Manuel d'utilisation
- E** Manual de usuario
- D** Gebrauchsanleitung
- I** Manuale dell'utente



## CONTENT

Delivery content	3
Changing Batteries	4
Switch on/off	5
General Advices	6 - 7
ZERO	8 - 9
TEST - pH	10 - 11
TEST - Cl - Chlorine	12 - 15
TEST - CYA - Cyanuric Acid	16 - 17
TEST - TA - Alkalinity	18 - 19
TEST - Active Oxygen (MPS)	20 - 21
TEST - Chlorine Dioxide	22 - 25
TEST - Bromine	26 - 29
TEST - Ozone	30 - 33
TEST - Hyd. Peroxide (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	34 - 35
OR / UR / Dilution	36
Troubleshooting (Error)	37
Changing cuvette / calibration	38
Accessories	39
App / Software	40
Technical data	41
Disposal of batteries / device	42
Certification (CE/FCC/IC)	43 - 45
Certificate of Compliance	48

## Delivery content • Contenu du colis • Contenido de la entrega • Lieferumfang • contenuto della confezione

1 x	PoolLab 1.0
1 x	Light shield
3 x	AAA Batteries
1 x	Crushing / Stirring Rods
1 x	10ml syringe
1 x	User guide
20 x	Phenol Red Photometer tablets
20 x	DPD N° 1 Photometer tablets
10 x	DPD N° 3 Photometer tablets
10 x	CYA-Test Photometer tablets
10 x	Alkalinity-M Photometer tablets

**GB**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep out of reach of children!  
Store cool and dry!

**F**

Utiliser uniquement des réactifs  
pour l'analyse de l'eau!  
Ne pas avaler!  
Garder hors de portée des enfants!  
Stocker au frais et au sec!

**E**

Pastillas para el análisis del agua,  
solamente para análisis químicos!  
No para tomar!  
No debe llegar a las manos de niños!  
Consérvese en lugar fresco y seco!

**D**

Wasseranalysetabletten nur für chemische  
Analysen! nicht einnehmen! Darf nicht in die  
Hände von Kindern gelangen!  
Kühl und trocken lagern!

**I**

Pastiglie per analisi dell'acqua per l'industria chimica!  
Non ingerire! Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Conservare in luogo fresco ed asciutto!

Poison center Munich (24/7):  
+49 (0) 89-19240 (German and English)

Batteries • Piles • Pilas •  
Batterien • Batterie



Switch on • Allumer • Encender •  
Einschalten • Accendere



**Change •  
chargement •  
cambio •  
wechseln •  
cambiamento**



3 x AAA



**2 sec.**



On/Off button can also be used to skip countdown during measurement (not recommended)

Le bouton Marche / Arrêt peut être également utilisé pour ignorer le compte à rebours lors de la mesure (non recommandé)

El botón de On/Off también se puede utilizar para cancelar la cuenta atrás durante la medición (no se recomienda)

Der On/Off Knopf kann auch zum Abbrechen des Countdowns während der Messung verwendet werden (nicht empfohlen)

Il pulsante On/Off può anche essere utilizzato per annullare il conto alla rovescia durante la misurazione (non raccomandato)



**PHOTOMETER**



**RAPID X**

Always use **PHOTOMETER**  
grade tablets!  
Never use **RAPID** grade tablets!  
Do not touch reagent tablets!


Toujours utiliser des pastilles  
de qualité **PHOTOMETRE!** Ne  
jamais utiliser des pastilles de  
qualité "**RAPID**" !

Ne touchez pas les pastilles  
avec les mains!

¡Usar **SIEMPRE** tabletas  
fotómetro y nunca usar tabletas  
**RAPID!** Las tabletas no se  
deben tocar!

**IMMER** Photometer-Tabletten  
und **NIE** **RAPID**-Tabletten  
verwenden! Die Tabletten  
dürfen nicht berührt werden!

**SEMPRE** usare pasticche  
fotometro e non usare mai  
pasticche **RAPID!** Le pasticche  
non devono essere toccati!



It is important to clean the device after each measurement  
to get rid of any reagent residues!

Il est important de nettoyer le dispositif après chaque  
mesure pour éliminer les résidus de réactifs!

Es importante limpiar el dispositivo después de cada  
medición para deshacerse de cualquier residuo de  
reactivo!

Es ist wichtig, das Gerät nach jeder Messung zu reinigen,  
um sämtliche Reagenzienrückstände zu entfernen!

E 'importante pulire il dispositivo dopo ogni misura per  
eliminare eventuali residui di reagenti!


# ZERO

1

waterproof  
(IP68)

3 x =

clean




2

waterproof  
(IP68)


10 ml

10 ml

20 cm



3



**Only 1 time per test batch • Une seule fois par lot de test • Sólo una vez por lote de prueba • Nur 1 x pro Testreihe • solo una volta per test in batch**

Once you performed ZERO, all measurements, like pH, chlorine... can be done one after each other without the need to do a ZERO again. The ZERO will be stored until the device will be switched off. Nevertheless, ZERO can be performed before each measurement, if wished.

Une fois que vous avez effectué ZERO, toutes les mesures, comme le pH, le chlore ... peuvent être effectuées l'une après l'autre sans avoir besoin de faire un ZERO à nouveau. Le ZERO sera stocké jusqu'à ce que l'appareil soit éteint. Néanmoins, un ZERO peut être effectué avant chaque mesure, si vous le désirez.

ZERO se tiene que hacer sólo una vez por cada serie de pruebas.

Una vez que se hace, todas las mediciones posteriores (por ejemplo, pH, cloro ...) se pueden realizar en secuencia y sin volver a hacer ZERO. Si se desea, de todos modos se puede hacer ZERO antes de cada medición.

ZERO muss nur einmal pro Testreihe durchgeführt werden. Sobald erfolgt, können alle folgenden Messungen (z.B. pH, Chlor...) nacheinander und ohne erneutes ZERO vorgenommen werden.

Falls gewünscht, kann trotzdem vor jeder Messung ZERO durchgeführt werden.

ZERO deve essere fatto solo una volta per serie di test. Una volta è fatto, tutte le misure successive (ad esempio, pH, cloro ...) possono essere eseguite in sequenza e senza ri-ZERO. Se desiderato, ancora può essere effettuata prima di ogni misurazione






ZERO

# pH

Range: 6.50 - 8.40 pH

Reagent: Phenol Red Photometer

pH








# Chlorine Chlore Cloro Chlor Cloro


Range: 0.00 - 6.00 mg/l (ppm)

Reagents: DPD N° 1 Photometer  
DPD N° 3 Photometer



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Free Chlorine • Chlore libre • Cloro libre •  
Freies Chlor • Cloro libero



**6** Total Chlorine



**Total Chlorine • Chlore total • Cloro total • Gesamt-Chlor • Cloro totale**





Total Chlorine is measured directly after free Chlorine without emptying the cuvette. The DPD 3 tablet is added to the sample water which already contains the DPD 1 tablet (dissolved). Combined Chlorine is calculated as Total Chlorine minus free Chlorine.

Le chlore total est mesuré directement après le chlore libre sans vidanger la cuvette. La pastille DPD 3 est ajoutée à l'eau échantillon qui contient déjà la tablette DPD 1 (dissoute). Le chlore combiné est calculé comme le chlore total moins le chlore libre.

El cloro total se mide directamente después de cloro libre, sin necesidad de vaciar la cubeta. La tableta DPD 3 se añade a la cubeta en la que la tableta DPD 1 ya está disuelta. El cloro combinado se calcula a partir de cloro total menos cloro libre.

Gesamt-Chlor wird direkt nach freiem Chlor gemessen, ohne die Küvette zu leeren. Die DPD 3 Tablette wird in die Küvette gegeben, in der bereits die DPD 1 Tablette gelöst ist. Das gebundene Chlor errechnet sich aus Gesamt-Chlor minus freiem Chlor.

Cloro totale viene misurata subito dopo cloro libero, senza svuotare la cuvetta. La pasticca DPD 3 è aggiunta alla cuvetta in cui la pasticca DPD 1 è già disciolta. Il cloro combinato è calcolato dal cloro totale meno cloro libero.





# Cyanuric Acid

## Acide cyanurique

## Ácido cianúrico






## Cyanursäure

## Acido Cianurico

Range: 0 - 160 mg/l (ppm)

Reagent: CYA-Test Photometer

After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
 Cyan. Acid • Acide Cyan • Ácido Cian. •  
 Cyanursäure • Acido Cianurico








# Alkalinity Alcalinité Alcalinidad Alkalinität Alcalinità

Range: 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO<sub>3</sub>

Reagent: Alkalinity-M Photometer

After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Alkalinity • Alcalinité • Alcalinidad •  
Alkalinität • Alcalinità





# Active Oxygen (MPS) Oxygène actif (MPS) Oxígeno activo (MPS) Aktivsauerstoff (MPS) Ossigeno Attivo (MPS)




Range: 0.3 - 30.0 mg/l (ppm)

Reagent: DPD N° 4 Photometer\*

*\*not part of standard equipment*



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Active Oxygen • Oxygène actif • Oxígeno activo  
Aktivsauerstoff • Ossigeno Attivo





# Chlorine Dioxide Dioxyde de Chlore Dióxido de cloro Chlordioxid Biossido di Cloro

Range: 0.0 - 11.4 mg/l (ppm)

Reagent: DPD N° 1 Photometer  
Glycine\*

*\*not part of standard equipment*



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Cl.Dioxide • Dioxyde de Cl • Dióxido de Cl  
Chlordioxid • Biossido di Cl

Only if your water sample does contain Chlorine next to Chlorine Dioxide (both disinfectants used), the following procedure „A“ needs to be followed and Glycine\* reagent needs to be used. Otherwise (only Chlorine Dioxide present), please follow procedure

Seulement si votre échantillon d'eau contient du chlore avec du dioxyde de chlore (les deux désinfectants utilisés), la procédure suivante «A» doit être suivie et le réactif Glycine \* doit être utilisé. Sinon (seul le dioxyde de chlore présent sans Chlore), suivez la procédure "B"

Sólo cuando la muestra de agua contiene dióxido de cloro y cloro (se han utilizado ambos desinfectantes), debe ser aplicado el método "A" usando la tableta de glicina. Si la muestra contiene únicamente dióxido de cloro y no contiene cloro, por favor seguir el método "B".

Nur wenn die Wasserprobe neben Chlordioxid auch Chlor enthält (beide Desinfektionsmittel wurden benutzt), muss das Verfahren "A" angewendet und die Glycine Tablette verwendet werden. Falls die Probe nur Chlordioxid und kein Chlor enthält, bitte dem Verfahren "B" folgen.



Solo quando il campione di acqua contiene biossido di cloro e cloro (entrambi disinfettanti vengono usati), deve essere utilizzato il metodo "A" e la pasticca Glycine deve essere applicata. Se il campione contiene solo biossido di cloro e non contiene cloro, si prega la procedura metodo "B".

After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Cl.Dioxide • Dioxyde de Cl • Dióxido de Cl  
Chlordioxid • Biossido di Cl

After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Cl.Dioxide • Dioxyde de Cl • Dióxido de Cl  
Chlordioxid • Biossido di Cl



**A** With Chlorine / Avec du Chlore / Con Cloro /  
Mit Chlor / Con il Cloro

**3A** Glycine\*




**B** Without Chlorine / Sans Chlore / Sin Cloro /  
Ohne Chlor / Senza Cloro


**3B** DPD N° 1  
Photometer



**5A** DPD N° 1  
Photometer



**7A/5B**





# Bromine Brome Bromo Brom Bromo

Range: 0.0 - 13.5 mg/l (ppm)

Reagent: DPD N° 1 Photometer  
Glycine\*

*\*not part of standard equipment*



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO

Bromine • Brome • Bromo •  
Brom • Bromo

Only if your water sample does contain Chlorine next to Bromine (both disinfectants used), the following procedure „A“ needs to be followed and Glycine\* reagent needs to be used. Otherwise (only Bromine present), please follow procedure

Seulement si votre échantillon d'eau contient du chlore avec du Brome (les deux désinfectants utilisés), la procédure suivante «A» doit être suivie et le réactif Glycine \* doit être utilisé. Sinon (seul le Brome présent sans Chlore), suivez la procédure "B"

Sólo cuando la muestra de agua contiene Bromo y cloro (se han utilizado ambos desinfectantes), debe ser aplicado el método "A" usando la tableta de glicina. Si la muestra contiene únicamente Bromo y no contiene cloro, por favor seguir el método "B".

Nur wenn die Wasserprobe neben Brom auch Chlor enthält (beide Desinfektionsmittel wurden benutzt), muss das Verfahren "A" angewendet und die Glycine Tablette verwendet werden. Falls die Probe nur Brom und kein Chlor enthält, bitte dem Verfahren "B" folgen.

Solo quando il campione di acqua contiene Bromo e cloro (entrambi disinfettanti vengono usati), deve essere utilizzato il metodo "A" e la pasticca Glycine deve essere applicata. Se il campione contiene solo Bromo e non contiene cloro, si prega la procedura metodo "B".

After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO

Bromine • Brome • Bromo •  
Brom • Bromo



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO

Bromine • Brome • Bromo •  
Brom • Bromo


**A** With Chlorine / Avec du Chlore / Con Cloro /  
Mit Chlor / Con il Cloro

**B** Without Chlorine / Sans Chlore / Sin Cloro /  
Ohne Chlor / Senza Cloro




**3A** Glycine\*



**3B** DPD N° 1  
Photometer



**5A** DPD N° 1  
Photometer





# Ozone Ozono Ozon

Range: 0.0 - 4.0 mg/l (ppm)

Reagent: DPD N° 1 Photometer  
DPD N° 3 Photometer  
Glycine\*

*\*not part of standard equipment*



After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
Ozone • Ozono • Ozon

Only if your water sample does contain Ozone next to Chlorine Dioxide (both disinfectants used), the following procedure „A“ needs to be followed and Glycine\* reagent needs to be used. Otherwise (only Ozone present), please follow procedure

Seulement si votre échantillon d'eau contient du chlore avec de l'Ozone (les deux désinfectants utilisés), la procédure suivante «A» doit être suivie et le réactif Glycine \* doit être utilisé. Sinon (seul Ozone présent sans Chlore), suivez la procédure "B"

Sólo cuando la muestra de agua contiene Ozono y cloro (se han utilizado ambos desinfectantes), debe ser aplicado el método "A" usando la tableta de glicina. Si la muestra contiene únicamente Ozono y no contiene cloro, por favor seguir el método "B".


Nur wenn die Wasserprobe neben Ozon auch Chlor enthält (beide Desinfektionsmittel wurden benutzt), muss das Verfahren "A" angewendet und die Glycine Tablette verwendet werden. Falls die Probe nur Ozon und kein Chlor enthält, bitte dem Verfahren "B" folgen.

Solo quando il campione di acqua contiene Ozono e cloro (entrambi disinfettanti vengono usati), deve essere utilizzato il metodo "A" e la pasticca Glycine deve essere applicata. Se il campione contiene solo Ozono e non contiene cloro, si prega la procedura metodo "B".




**A** With Chlorine / Avec du Chlore / Con Cloro / Mit Chlor / Con il Cloro

**3A** Glycine\*




**4A**




**B** Without Chlorine / Sans Chlore / Sin Cloro / Ohne Chlor / Senza Cloro


**3B** Photometer  
DPD N° 1 / DPD N° 3




**4B**




**5A** Photometer  
DPD N° 1 / DPD N° 3



**6A**



**7A/5B**



# Hydrogen Peroxide

## Peroxyde d'Hydrogène

### Peróxido de Hidrógeno



#### Wasserstoffperoxid

#### Perossido di Idrogeno

Range: 0.3 - 2.9 mg/l (ppm)


Reagent: Hyd. Peroxide LR Photometer\*

\*not part of standard equipment




After / Après / Después de / Nach / Dopo ZERO  
 Hyd. Perox. • Perox. d'hyd. • Peróx. de Hidr.  
 Wasserstoffperox. • Peross. di Idrog.


**3** Hyd. Peroxide LR Photometer\*



**4**



**5**



**OR-UR / Dilution • OR-UR / Verdünnung •  
OR-UR / Dilución • OR-UR / Diluzione**

**Error codes • Codes d'erreur •  
Códigos de error • Fehlercodes •  
codici di errore**

OR = Overrange / UR = underrange. Test result is outside the range of the method. OR results can be brought into measurement range by dilution. Use syringe to take only 5ml (or 1ml) sample water plus 5ml (9ml) distilled water. Test again and multiply results times 2 (times 10). Dilution does not work with „pH“ measurement.

OR = Overrange (au dessus de la plage de mesure) / UR = underrange (en dessous de la plage de mesure). Le résultat du test est en dehors de la portée de la méthode. Si Affichage "OR" il faut diluer l'échantillon. Utilisez une seringue en plastique pour prendre 5 ml (ou 1 ml) d'eau échantillon et complétez jusqu'à 10 ml avec de l'eau distillée. Testez à nouveau et multipliez le résultat par 2 (si vous avez pris 5 ml d'échantillon + 5 ml d'eau distillée) ou par 10 (si vous avez pris 1 ml d'échantillon et 9 ml d'eau distillée). La dilution ne fonctionne pas avec la mesure du "pH".

OR = Overrange / UR = Underrange  
El resultado de la prueba está fuera del rango de este método. Los resultados "OR" pueden ser reducidos por dilución al rango de medición. Usar la jeringuilla y tomar 5 ml (o 1 ml) de agua de ensayo más 5 ml (9 ml) de agua destilada. Efectuar la medición y multiplicar el resultado por 2 (por 10). La dilución no es aplicable al parámetro "pH".

OR = Overrange / UR = Underrange  
Das Testergebnis ist außerhalb des Messbereiches dieses Verfahrens. OR Ergebnisse können durch Verdünnung in den Messbereich gebracht werden. Verwenden Sie die Spritze und nehmen 5ml (oder 1ml) Testwasser plus 5ml (9ml) destilliertes Wasser). Führen Sie den test durch und multiplizieren Sie das Ergebnis mal 2 (mal 10). Verdünnung ist nicht auf den Parameter "pH" anwendbar.

OR = Overrange / UR = Underrange  
Il risultato del test è fuori del campo di misura di questo processo. Risultati "OR" possono essere portati nel campo di misura mediante diluizione. Utilizzare la siringa e prendere 5ml (o 1 ml) acqua di prova più 5ml (9 ml) di acqua distillata. Eseguire il test e moltiplicare il risultato per 2 (per 10). La diluizione non è applicabile al parametro "pH".



**Err01:** Change batteries • Changer les piles • Cambiar las pilas • Batterien wechseln • Cambiare la batterie

**Err02:** (too dark) Clean measurement chamber or dilute sample • (Trop sombre) Nettoyer la chambre de mesure ou diluer l'échantillon • (Demasiado oscura) Limpie la cámara de medición o diluya la muestra • (zu dunkel) Messkammer säubern oder Wasserprobe verdünnen • (Troppo scuro) Pulire camera misura o diluire il campione




**Err03:** (too bright) Don't forget light shield during measurement • (Trop lumineux) N'oubliez pas le couvercle durant la mesure • (Demasiado brillante) No olvide el protector de luz durante la medición • (Troppo chiaro) Non dimenticare scudo luce durante la misurazione

**Err04:** Repeat ZERO and TEST • Répéter ZERO et TEST • Repite ZERO y TEST • Ripetere ZERO e TEST

**Err05:** Ambient temperature below -5°C or above 60°C • température ambiante sous -5°C ou supérieure à 60°C • La temperatura ambiente inferior a -5°C o superior a 60°C • Umgebungstemperatur unter -5°C oder über 60°C • Temperatura ambiente inferiore a -5°C o superiori a 60°C

**Changing the cuvette • Changer la cuvette  
Cambiar la cubeta • Küvettenwechsel  
cambiando la cuvette**

**Accessories • Accessoires • Accesorios •  
Zubehör • Accessori**




**Reagents • Réactifs • Reactivos •  
Reagenzien • Reagenti**

POL01-Nf	20/20/10/10/10 Phenol Red / DPD N° 1 / DPD N° 3 / CYA-Test / Alkalinity-M Photometer
TbsPph100	100 x Phenol Red Photometer
TbsPD1100	100 x DPD N° 1 Photometer
TbsPD3100	100 x DPD N° 3 Photometer
TbsPD4100	100 x DPD N° 4 Photometer
TbsPCAT100	100 x CYA-Test Photometer
TbsPHP100	100 x Hyd. Peroxide LR Phot.
TbsPTA100	100 x Alkalinity-M Photometer
TbsHGC100	100 x Glycine

**Spare parts • Pièces de rechange • Piezas de  
reposito • Pezzi di ricambio**

POLsp-kv	Replacement cuvette
POLsp-str	Plastic stirring/crushing rod
POLsp-ls	Rubber light shield
POLsp-box	PoolLab carrying box



- Bluetooth ON
- Bluetooth OFF

Windows/  
 Apple/Linux: [www.water-id.com](http://www.water-id.com)

iOS:




Android:





<b>TEST:</b>	Cl	0.0 - 6.0 mg/l (+/- 10%)
	pH	6.50 - 8.40 pH (+/- 0.15 pH)
	CYA	0 - 160 mg/l (ppm) (+/- 15%)
	TA	0 - 300 mg/l CaCO <sub>3</sub> (+/-15%)
	Act.Ox	0.0 - 30.0 mg/l (+/- 10%)
	Bromine	0.0 - 13.5 mg/l (+/- 10%)
	Chl. Diox.	0.0 - 11.4 mg/l (+/- 10%)
	Ozone	0.0 - 4.0 mg/l (+/- 10%)
	Hyd. Per.	0.0 - 2.9 mg/l (+/- 10%)

**LED:** | 530 nm / 570 nm / 620 nm

 | 3 x AAA (1.5 V, LR03)

 | 300 sec.

 | 5 - 45°C

 | IP 68 (1 h / 0.2 m)

Developed in Germany  
 Produced in PRC

## Disposal

## CE compliance statement

### Batteries

According to EC Guideline 2006/66/EC, user is obliged to dispose in a proper manner by returning worn out batteries to dedicated collection places such as any shop selling batteries. Batteries must not be disposed of in normal domestic waste.



### Device

According to EC Directive 2002/96/EC, electronic devices must not be disposed of in normal domestic waste. The manufacturer of this device, Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein will dispose of your PoolLab Photometer free of charge (not including costs of sending the device to us). Send your PoolLab for disposal -freight prepaid- to the address shown above.



We, the manufacturer of the PoolLab 1.0 Photometer hereby declare compliance of PoolLab 1.0 Photometer with the essential requirements in accordance to the Directive 2014/53/UE of the European Parliament and of the Council of April 16th, 2014:

ETSI EN 300 328 (V2.1.1)  
EN 62479 (2010)  
ETSI EN 301 489-1 (V2.1.1)  
ETSI EN 301 489-17 (3.1.1)  
EN 61326 (2013)  
EN 61010-1 (2010)



## FCC Part 15 compliance statement IC licence-exempt RSS compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Industry Canada Licence-Exempt Radio Apparatus

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radiocommunication Apparatus

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled exposure). This device must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites FCC et Industry Canada concernant l'exposition aux rayonnements RF établies pour le grand public. (Environnement non-contrôlé)

Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Changes or modifications not expressly approved by Water-i.d. GmbH could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID:	2ALRR-POOLLAB10
IC:	22610- POOLLAB10
Model:	POOL LAB 1.0

**NOTES • NOTAS •  
NOTIZEN • NOTE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTES • NOTAS •  
NOTIZEN • NOTE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---